

AED10万台回収へ

東久留米CPR友の会会員の練習日

日時 平成21年11月28日(土)18時～20時

場所 中央公民館2階集会学習室5



成人の人形1体と幼児の人形1体を使って心肺蘇生法の練習をしました。参加者は5人。会員の中にAEDを米国から輸入して販売している日本光電に努めている人がいて、同社で販売したAEDにトラブルがあり、現在販売先に検査器具を配り自主点検を呼びかけているところだと聞きました。対象の製品は2005年3月～2009年11月までに出荷した「カルジオライフAED」シリーズ「9100」「9200」「9231」「1200」になります。

これら機種の中に当会が所有している機種と同じものが含まれていました。但し、当会のものは練習機種のため直接の影響はありませんがこれから行う出前講座では何らかの説明をする必要があると思いました。

左記写真がクレームのあった機種です。この機種を設置しているところではメーカーに相談することをお勧めします。



練習シーン



練習シーン